Aggiornamento Software WPulsePen rel. 2.3.3

English

Updating to the latest version is strongly recommended for all computers running the WPulsePen software. We recommend periodically visiting our website to check for new software updates.

Rel. 2.3.3

Main changes compared to version 2.3.2:

- Speeded up and improved patient archive management (import, export, patient data modification, limit management): it is recommended not to exceed a few thousand patients per archive to avoid making management slower.
- Added the option to enable a password to activate the software for greater access control.
- Added the option to export the summary table of calculated parameters in "csv" format.
- Some support functions have been modified to prevent accidental changes to the radio channel, sensor 1/2, when reprogramming modules.
- Improved auto-freeze to avoid interrupting acquisition with bradycardic patients and low signals.
- Car-Per distance limit increased to 2500 mm to include the Carotid-Pedideia case, for example.
- Help has been made more comprehensive.

Warning: if your computer is running a version of WPulsePen software prior to rev. 2.3.1, please contact DiaTecne s.r.l. for further instructions.

Please read the "readme.txt" file in the WPulsePen 2.3.3 Package before beginning the installation.

DiaTecne s.r.l. - info@pulsepen.com - is available for any questions.

Italiano

L'aggiornamento all'ultima versione è fortemente raccomandato per tutti i computer su cui è installato il software WPulsePen. Si suggerisce di visitare periodicamente il nostro sito web per verificare la presenza di nuovi aggiornamenti software.

Rel. 2.3.3

Modifiche principali rispetto alla versione 2.3.2:

- Gestione archivi paziente velocizzata e migliorata (import, export, modifica dati paziente, gestione dei limiti): si raccomanda di non superare alcune migliaia di pazienti per archivio per evitare di appesantirne la gestione.
- Aggiunta la possibilità di abilitare una password per attivare il software per un maggior controllo degli accessi.
- Aggiunta la possibilità di esportare in formato "csv" la tabella riassuntiva dei parametri calcolati.
- Modificate alcune funzioni di supporto per evitare cambi accidentali del canale radio, sensore 1/2, in fase di riprogrammazione dei moduli.
- Auto-freeze migliorato per evitare l'interruzione dell'acquisizione con pazienti bradicardici e segnali bassi.
- Limite distanza Car-Per portato a 2500 mm per poter includere il caso di Carotide - Pedideia, ad es.
- L'Help è stato reso più completo.

Attenzione: se nel vostro computer è installata una versione del software WPulsePen precedente alla rev. 2.3.1, si prega di contattare DiaTecne per ulteriori istruzioni.

Leggere il file "readme.txt" in WPulsePen 2.3.3 Package prima di iniziare l'installazione.

DiaTecne s.r.l. - info@pulsepen.com - è a disposizione nel caso di dubbi.